

T1612201500
2016年12月20日

分析結果報告書

WOO株式会社 様



事業者名 株式会社タイヨウ
大阪府大阪市城東区森之宮2-4-29
電話番号 06-6969-2421

製品名	ドクター水素浴	気温	-
採取日	2016年12月15日	水温	37℃
採取場所	浴槽より採取	天候	晴れ
採取者	医学博士 久保伸夫	採取時刻	14時06分
特記事項		試料受付方法	直接採取

2016年12月15日に受付致しました上記試料の濃度に係る分析結果を下記の通り報告します。

分析の対象	分析結果	単位	分析方法
水素 以下余白		ppm	ガスクロマトグラフ(GC)法

備考:浴槽内湯量:100リットルでの評価。

ドクター水素浴を稼働させている状態(40分時)で装置の真上、湯面直下から1mlの試料水溶液を採取しました。

T1612201530
2016年12月20日

分析結果報告書

WOO株式会社 様



事業者名 株式会社タイヨウ
大阪府大阪市城東区森之宮2-4-29
電話番号 06-6969-2421

試料名	ドクター水素浴使用前後の呼気試料	気温	-
採取日	2016年12月15日	水温	37℃
採取場所	健常女性より採取	天候	晴れ
採取者	医学博士 久保伸夫	採取時刻	14:06から
特記事項		試料受付方法	直接採取

2016年12月15日に受付致しました上記試料の濃度に係る分析結果を下記の通り報告します。

分析の対象	分析結果	単位	分析方法
入浴前呼気水素		ppm	ガスクロマトグラフ(GC)法
入浴後呼気水素		ppm	ガスクロマトグラフ(GC)法
以下余白			

備考:入浴前及び60分入浴後の呼気水素を測定しました。


浴槽内湯量:100リットル。

T1612201545
2016年12月20日

分析結果報告書

WOO株式会社 様

事業者名 株式会社タイヨウ
大阪府大阪市城東区森之宮2-4-29
電話番号 06-6969-2421



試料名	ドクター水素浴使用前後の血液試料	気温	-
採取日	2016年12月15日	水温	37°C
採取場所	健常女性より採取	天候	晴れ
採取者	医学博士 久保伸夫	採取時刻	14:06から
特記事項		試料受付方法	直接採取

2016年12月15日に受付致しました上記試料の濃度に係る分析結果を下記の通り報告します。

分析の対象	分析結果	単位	分析方法
入浴前血液水素		ppb	ガスクロマトグラフ(GC)法
入浴後血液水素		ppb	ガスクロマトグラフ(GC)法
以下余白			

備考:入浴前及び60分入浴後の溶存水素(血液1mlあたり)を測定しました。

浴槽内湯量:100リットル。